Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile Tel: +(562) 2654 1100 www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

Producto		Lote	
Medio Tioglicolato con Indicador		22060204	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control	
Código producto 285-870	Fecha expiración 03/11/2022	Fecha de control 06/06/2022	

Control físico químico							
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final	
Ligeramente amarillo	Liquido	No aplica	Transparente	6.0 ± 0.5	7.1 ± 0.2	APRUEBA	

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico				
Cepa control	Resultado			
Escherichia coli ATCC 25922	Buen crecimiento	APRUEBA		
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Buen crecimiento	APRUEBA		
Streptococcus pyogenes ATCC 19615	Buen crecimiento	APRUEBA		
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	Buen crecimiento	APRUEBA		
Candida albicans ATCC 90028	Buen crecimiento	APRUEBA		

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M. Jefe Control de calidad