

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Medio LIA	22071402	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-173	15/09/2023	18/07/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Púrpura	Agar sólido tendido	No aplica	Translúcido	6.0 ± 0.5	6.5 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Tubo púrpura/púrpura (K/K) + H ₂ S	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Tubo púrpura/púrpura (K/K) + gas	APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Tubo rojo/amarillo (R/A)	APRUEBA
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Tubo púrpura/púrpura (K/K)	APRUEBA
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Tubo púrpura/amarillo (K/A)	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad