

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar Bilis Esculina con Vancomicina Placa	24051002
Código producto	Fecha expiración
285-020	11/03/2025
	Fecha de control
	13/05/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige	Agar sólido	Uniforme	Levemente opalescente	≥ 3 mm	7.1 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 51299	Colonias y medio color negro, Hidrólisis esculina (+)	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido	APRUEBA
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Inhibido	APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Inhibido	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad