



Rodrigo de Araya 1025, Macul, Santiago de Chile  
Tel: +(562) 2654 1100  
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Caldo Cerebro-Corazón</b>	24051401	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-460	13/08/2025	15/05/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Amarillo	Líquido	No aplica	Transparente	6.0 ± 0.5	7.2 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M.  
Jefe Control de calidad