



Rodrigo de Araya 1025, Macul, Santiago de Chile  
Tel: +(562) 2654 1100  
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

## Certificado de análisis

|                                 |                         |                         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Producto</b>                 | <b>Lote</b>             |                         |
| Suero Fisiológico Estéril 3.0mL | 24061301                |                         |
| <b>Código producto</b>          | <b>Fecha expiración</b> | <b>Fecha de control</b> |
| 285-898                         | 13/12/2025              | 17-06-2024              |

### Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final  |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------|
| Incoloro        | Líquido      | No aplica             | Transparente            | ≥ 3 mL       | No aplica     | No aplica |

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

### Control microbiológico

| Cepa control                            | Resultado        |         |
|---|------------------|---------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922      | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 90028      | Buen crecimiento | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M.  
Jefe Control de calidad