

Certificado de análisis

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote |
| Agar MacConkey | 24081404 |
| Código producto | Fecha expiración |
| 285-200 | 15/08/2025 |
| | Fecha de control |
| | 21/08/2024 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Rosa-rojo | Agar sólido | Uniforme | Translúcido sin pp | ≥ 3 mm | 7.1 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado |
|--|---|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Colonias rojas-rosadas mucoides con pp APRUEBA |
| <i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048 | Colonias rojo-rosado APRUEBA |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883 | Colonias grandes, mucoides y rosadas APRUEBA |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933 | Colonias incoloras APRUEBA |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Inhibido APRUEBA |
| <i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076 | Colonias incoloras APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad