

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar Selectivo Burkholderia (OFPBL)	24073003
Código producto	Fecha expiración
285-031	31/05/2025
	Fecha de control
	31/07/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Verde claro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	6.8 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Inhibido APRUEBA
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Inhibido APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido APRUEBA
<i>Burkholderia cepacia</i> ATCC 25416	Colonias amarillas APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad