



Rodrigo de Araya 1025, Macul, Santiago de Chile  
Tel: +(562) 2654 1100  
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
Suero Fisiológico Estéril 3.0mL	24080902	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-898	08/02/2026	12/08/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Incoloro	Líquido	No aplica	Transparente	≥ 3 mL	No aplica	No aplica

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Buen crecimiento	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M.  
Jefe Control de calidad