

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Cromo Aureus MRSA	24101602	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-080	16/04/2025	21/10/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente opalescente	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 43300	Colonias celestes-azules	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad