

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar XLD	24112605	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-440	26/09/2025	27/11/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.4 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Colonias rojas APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias amarillas con o sin pp APRUEBA
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Colonias rojas con centro negro APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Inhibido APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Colonias amarillas-transparentes con/sin centro negro APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad