

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Bilis Esculina sin Vancomicina Tubo	24030604	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-015	05/09/2025	08/03/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Beige	Agar sólido tendido	Uniforme	Levemente opalescente	6.0 ± 0.2	7.1 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias y medio color negro, Hidrólisis esculina (+) APRUEBA
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	Colonias y medio color negro, Hidrólisis esculina (+) APRUEBA
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Inhibido APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad