

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Cetrimida</b>	23111302	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-060	13/11/2024	14/11/2023

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Transparente	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Pigmento verde-azulado Fluorescencia bajo UV (254 nm) <b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido <b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Parcialmente inhibido <b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
Jefe Control de calidad