

Certificado de análisis

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Agar Chocolate base GC 90 mm | 24021601 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-050 | 16/12/2024 | 19/02/2024 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Café | Agar sólido | Uniforme | Opaco | ≥ 3 mm | 7.2 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|------------------|----------------|
| <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247 | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090 | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424 | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 | Buen crecimiento | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad