

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Cromo Salmonella	23121203	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-120	12/12/2024	13/12/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	*Uniforme	Ligeramente turbio	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	APRUEBA

*Presencia de precipitado, no afecta el uso previsto según limitación de uso del inserto

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Colonias magenta-púrpura	APRUEBA
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Colonias magenta-púrpura	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Mayormente inhibido colonias verde-azules	APRUEBA
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	Mayormente inhibido colonias incoloras	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad