

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Cromo Strep B	24071106	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-125	09/11/2024	11/07/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Gris-ámbar oscuro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	Colonias malva APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias azul metálico APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido APRUEBA
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Inhibido APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad