

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Cromo UTI	23121901	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-110	21/04/2024	20/12/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente opalescente	≥ 3 mm	7.0 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias rosa oscuro a rosado con/sin halo APRUEBA
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Colonias azul a azul oscuro APRUEBA
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Colonias azul a azul oscuro APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Colonias café a beige con halo café APRUEBA
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 15305	Colonias rosa claro a rosado con/sin halo APRUEBA
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	Colonias pequeñas azul-verde a azul claro APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias color natural (crema) APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias pequeñas azul-verde a turquesa APRUEBA
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Colonias color blanco APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S.M.
 Jefe Control de calidad