

Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar Cromo-VRE	24120402
Código producto	Fecha expiración
285-127	04/04/2025
	Fecha de control
	05/12/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Blanco	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	6.9 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido APRUEBA
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	Parcialmente inhibido APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 51299	Colonias pequeñas color malva APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad