

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
Agar Lactrimel Seg. Borelli	24030506	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-165	06/03/2025	07-03-2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Turbio	≥ 3 mm	No aplica	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Trichophyton mentaprophytes ATCC 9533</i>	Micelio pulverulento blanco, pigmento rojizo	<b>APRUEBA</b>
<i>Aspergillus niger ATCC 16404</i>	Micelio negro granuloso y plano	<b>APRUEBA</b>
<i>Microsporum canis ATCC 36299</i>	Micelio algodonoso blanco, pigmento amarillo	<b>APRUEBA</b>
<i>Paecilomyces variotti ATCC MYA-3630</i>	Micelio aterciopelado verde oliva	<b>APRUEBA</b>
<i>Trichophyton rubrum ATCC 28188</i>	Micelio algodonoso blanco, pigmento marrón	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad