

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Lactrimel Seg. Borelli</b>	24041603	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-167	17/04/2025	18/04/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido tendido	*Uniforme	Turbio	6.0 ± 0.2	No aplica	<b>APRUEBA</b>

\*Presenta leve precipitado, no afecta uso previsto

**Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.**

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Trichophyton mentaprophytes</i> ATCC 9533	Micelio pulverulento blanco, pigmento rojizo	<b>APRUEBA</b>
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Micelio negro granuloso y plano	<b>APRUEBA</b>
<i>Microsporum canis</i> ATCC 36299	Micelio algodonoso blanco, pigmento amarillo	<b>APRUEBA</b>
<i>Paecilomyces variotti</i> ATCC MYA-3630	Micelio aterciopelado verde oliva	<b>APRUEBA</b>
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	Micelio algodonoso blanco, pigmento marrón	<b>APRUEBA</b>

**Este producto ha sido aprobado para la venta.**



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad