

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Manitol Sal tubo	24052205	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-213	23/05/2025	27/05/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Rojo	Agar sólido tendido	Uniforme	Transparente	6.0 ± 0.5	7.4 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias amarillas APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Colonias amarillas APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido APRUEBA
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Colonias rosadas APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad