



Rodrigo de Araya 1025, Macul, Santiago de Chile
Tel: +(562) 2654 1100
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Müller Hinton II 140 mm	24050803	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-240	09/05/2025	9/5/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	4.0 ± 1.0 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA

Según referencia CLSI M02 13 th Edition
y M100 34th Edition 2024

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad