

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>
<b>Agar Müeller Hinton II con Glucosa y Azul de Metileno</b>	24051403
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>
285-255	15/05/2025
	<b>Fecha de control</b>
	15/05/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige- verde	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	4.0 ± 0.5 mm	7.2 - 7.4	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	<b>APRUEBA</b>
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	<b>APRUEBA</b>
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	<b>APRUEBA</b>
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	<b>APRUEBA</b>

Según referencia CLSI M44 3th Edition 2022

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
**Jefe Control de calidad**