

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Müller Hinton Sangre	24031205	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-230	31/05/2024	14/03/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo	Agar sólido	Uniforme	Opaco	4.2 ± 0.3 mm	7.4 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Según referencia CLSI M02 13th Edition 2018 y M100 34th Edition 2024 APRUEBA

Placa sin inocular (Incubada por 16 hrs a 35°C no se chocolatiza)

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad