

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Papa Dextrosa</b>	24070404	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-270	05/07/2025	05/07/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente turbio	≥ 3 mm	3,5 - 7,0	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Micelio negro y granuloso. Probable pigmentacion amarilla <b>APRUEBA</b>
<i>Aspergillus fumigatus</i> ATCC 9197	Micelio verde-gris oscuro y aterciopelado. Probable pigmentacion ocre <b>APRUEBA</b>
<i>Paecilomyces variotti</i> ATCC MYA-3630	Micelio amarillo-café y pulverulento <b>APRUEBA</b>
<i>Trichophyton mentaprophytes</i> ATCC 9533	Micelio blanco y pulverulento. Probable pigmentacion rojiza <b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad