

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 90mm	24041605	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-312	17/04/2025	17/4/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente turbio	≥ 3 mm	5.6 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	Colonias cremosas y blancas	APRUEBA
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	Colonias opacas y blancas	APRUEBA
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	Colonias cremosas y blancas	APRUEBA
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Colonias cremosas y blancas	APRUEBA
<i>Microsporum canis</i> ATCC 36299	Micelio blanco velloso con pigmento amarillo	APRUEBA
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	Micelio blanco algodonoso con pigmento rojizo	APRUEBA
<i>Trichophyton mentaprophytes</i> ATCC 9533	Micelio blanco pulverulento con pigmento marrón	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad