

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Thayer Martin 90mm	24052703	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-400	27/10/2024	28/05/2024

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Café	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	APRUEBA
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028 (1.5*10 ³ UFC/mL)	Inhibido	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad