

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Caldo Rojo fenol con Arabinosa	23122602	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-485	21/10/2024	27/12/2023

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Rojo anaranjado	Líquido	Uniforme	Transparente	6.0 ± 0.5	7.3 ± 0.3	APRUEBA

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Medio color amarillo (reacción +)	APRUEBA
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	Medio color amarillo (reacción +)	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Medio color rojo (reacción -)	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad