

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
Caldo Todd Hewitt con Inhibidores	24032703	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-515	25/01/2025	1/4/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Amarillo	Líquido	Homogéneo	Transparente	6.0 ± 0.5	7.8 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Parcialmente inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad